

(部门) 项目立项申请表

项目名称	半消声室	项目级别	<input type="checkbox"/> 集团级 <input checked="" type="checkbox"/> 事业部级 <input type="checkbox"/> 部门级
项目主导部门	品质中心	项目负责人	曹跃方
计划开始日期	2022年10月	计划完成日期	2023年4月

事项	描述
1. 项目背景: 对现状进行分析,着重描述希望解决的显著问题。	1、实验室新增按摩椅噪音测试项目; 2、现在环境噪音38dB(A),不能满足标准要求; 3、新建半消声室要求达到标准20dB(A)。
2. 可行性分析: 从技术、经济、风险、组织等多方面进行分析。	1、截止频率: $\leq 125\text{Hz}$ (半消声室设计标准ISO3745和GB6882-86截止频率125Hz), 声压级; 2、本底噪声: $< 20 \text{ dB(A)}$; 3、提升按摩椅质量及客户使用体验感; 4、减少噪音客诉问题。
3. 拟达成目标: 明确计划通过此项目要达成的目标或效果。	1、截止频率: $\leq 125\text{Hz}$ (半消声室设计标准ISO3745和GB6882-86截止频率125Hz), 声压级; 2、本底噪声: $< 20 \text{ dB(A)}$; 3、自由场半径 $\geq 1.2\text{m}$ 4、尺寸: 1)、整体空间尺寸: 6500mm*6100mm*4000mm (采用双峰消声尖劈) A、内部净空间尺寸: 4500mm*4100mm*3000mm 2)、隔音门(前开门) 门的尺寸: 1.5m*2m 5、照明要求 光照度平均不低于600lux, 要求采用LED日光灯 6、地面处理 能够负重大于1.5吨 7、供电系统处理 1) 电缆口隔音处理 2) 内供电AC:80-260V (四个角落除湿供电配置), DC:0-250V 8、后续可拆卸重新组装
4. 内容和范围: 明确界定此项目的内容和范围,包含什么,不包含什么。	房间内五个面均采用声能阻挡处理(吸音尖劈处理), 地板仅做隔振设计。声能阻挡处理
5. 项目进度计划: 描述项目的主要进度计划安排,重点突出里程碑任务。	2022年10月 项目启动、需求调研; 2022年11月-2023年12月 出项目方案,制作项目书,完成招标; 2023年1月设备安装调试; 2023年3月 试运行,验收。
6. 项目验收: 明确项目的验收阶段、验收指标。	1. 设备使用材料需满足国家标准; 2. 设备外观完整,设备操作简单,易懂; 3. 设备需满足上述达成目标技术要求; 4. 设备连续运行30个工作日无故障。
7. 项目涉及部门: 明确项目涉及的部门、在项目中的角色以及主要承担的职责。	1、生技部: 配合规划设计、参与验收; 2、基建部: 配合寻找供应商、招标议价; 3、实验室: 方案沟通,制作、方案评估、验收、设备管理归档。

8. 项目主要成员： 明确项目主要包含的人员以及各自承担的角色。	1、项目负责人：曹跃方 2、项目成员：陈杰
9. 硬件及网络要求（选填） 软件系统项目必填，详细说明需要的硬件及网络需求。	无
10. 部署方式（选填） 软件系统项目必填，说明是否本地化部署、SaaS部署。	<input checked="" type="checkbox"/> 本地化部署 <input type="checkbox"/> SaaS部署 部署原则：涉及公司核心业务、机密的系统采用本地化部署的方式；非涉密或非核心的软件系统可采用SaaS部署方式。
11. 项目涉及业务面 明确项目涉及到的业务。	<input type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 人事 <input type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：__无__
12. 其他资源需求： 项目所需特殊的人、财、物资源。	暂无

意见及签字	
1) 项目负责人	曹跃方 9/27
2) 部门经理	曹跃方 9/27
3) 中心总监	王方 11.8
4) 事业部财务总监	王方
5) 事业部总经理	王方
6) 集团投资管理部	请详细论证，再做决策。 王方
7) 集团财务部	陈杰 11.15
8) 集团总经办	详细需求由合同论证。陈杰 11.23
9) 集团总经理	王方

注：除软件类项目外的工程，须增加该项目图纸，工程量清单等关联数据，一同签署。